

**INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL**  
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES INABIE  
*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**

Departamento de Compras y Contrataciones

CIRCULAR No. I



**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**Adquisición de Instrumental Médico y de Laboratorio para los programas de Salud Escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación de la República Dominicana. (Referencia: INABIE-CCC-LPN-2019-0012).**

El Comité de Compras y Contrataciones de **El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil** les informa que, desde el **03 de junio hasta el 03 de julio de 2019** recibimos las siguientes preguntas:

- 1) Solicitamos ficha técnica del ítem no. 6 SILLÓN DENTAL COMPLETO del lote II sub-lote 1 Equipo Médico y de Laboratorio, en la cual estén más detalladas las características y especificaciones que este debe tener. La ficha que está en el portal de compras, no detalla todas las especificaciones que debe tener el sillón dental completo.

**Respuesta:** Esta descripción detallada para este y todos los demás ítems, están descritas en el archivo de excel Anexo titulado "DO1\_CDOC\_915073\_Requisición licitación Gestión de Salud 2019 Anexo Descripción de los Bienes". Este ítem tiene detalladas todas las especificaciones en la pestaña LOTE II, en el SUBLOTE 1 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO ÍTEM 6. Este anexo fue publicado junto al pliego y forma parte íntegra del mismo. Actualmente el nuevo archivo Excel titulado "ENM I Especificaciones Técnicas Salud 2019" que modifica algunos aspectos del anterior.

- 2) Para esta licitación tenemos que cotizar los lotes completo, o se puede cotizar por ítems en caso de no tener el lote completo?

**Respuesta: Puede participar por ítems. Tal como indica el párrafo numeral 4.1 sobre “Criterios de Adjudicación” del pliego de condiciones específicas, cuando indica:**

*“Para los fines específicos de la presente licitación la adjudicación se hará por Lotes, Sub-lotes e Ítems, según corresponda; y todos los bienes deberán cumplir con las especificaciones técnicas.”*

- 3) Tenemos una inquietud sobre las especificaciones en el LOTE I, SUBLOTE 2, AUTOMOVILES Y CAMIONES  
Características del vehículo: En cuanto a las características del vehículo, especificaciones interiores y equipamiento, solicitamos que se autorice presentar el vehículo con un motor de 4 cilindros turbo diesel de 2000 a 2500 cc.

**Respuesta: Si el vehículo de 4 cilindros turbo diesel de 2000 a 2500 cc, cumple con todas las demás características solicitadas en la ficha técnica, sin afectar la eficiencia y calidad, estamos de acuerdo, de hecho, la Enmienda I a la ficha técnica publicada como archivo Excel titulado “ENM I Especificaciones Técnicas” solicita vehículo de 4 a 6 cilindros de turbo diesel de 2000 a 3000 cc.**

- 4) Interior de la unidad: En cuanto al tanque de reserva de agua, solicitamos que se rectifique la unidad de medida.

**Respuesta: La unidad de medida del tanque de reserva es 110 litros, tal como se corrige en la Enmienda I que modifica las especificaciones técnicas por el archivo de Excel titulado “ENM I Especificaciones Técnicas”.**

## 5) Modelo de autorrefractometro

**Respuesta:** La Enmienda I, modifica estas especificaciones. Cualquier marca o modelo que cumpla con las características requeridas en el nuevo archivo Excel titulado “ENM I Especificaciones Técnicas” es permitida.

6) Claramente este modelo corresponde a la marca Welch Allyn. Solicito autorización a presentar otra marca con las mismas características y mejor calidad.

**Respuesta:** La Enmienda I, modifica estas especificaciones. Cualquier marca o modelo que cumpla con las características requeridas en el nuevo archivo Excel titulado “ENM I Especificaciones Tecnicas” es permitida.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

Referencia: INABIE-CCC-LPN-2019-0012

Adquisición de Instrumental Médico y de Laboratorio para los programas de Salud Escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación de la República Dominicana. (Referencia: INABIE-CCC-LPN-2019-0012)

**Preguntas Sobre la Fica Técnica**

**LOTE I SALUD AUDITIVA**

**Lote I / Sublote I / ITEM II: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**

ITEM	Cantida d Solicita da	Especificación o Descripción No definida	*** representativo Para 95% de calificación	Comentarios	Respuesta técnica
*Retroauricular	210	¿Cuál tipo de Retroauricular?	¿%? ... Cuanto de 100%	Existen retroauriculares con el receptor integrado o el receptor en el canal auditivo, como también son	<b>El tipo de retroauricular requerido es BTE (Behind the Ear) Pilas tipo 13</b>



				determinados por el calibre de las pilas, las cuales vienen tipo: 10, 312, 13, 675.	
*Inalámbricos equipados con tecnología que permiten conexión inalámbrica entre los audífonos (función interaural).	210	Terminología mal utilizada... No es <u>Interaural</u> es <u>Interaural</u> .	¿%? ... Cuanto de 100%	El término no es Interaural, la parte que se conoce es <b>INTERAURAL</b> . ¿Es a esta última que se refieren?	<b>Error tipográfico, claramente es interaural.</b>
* Permiten conexión con accesorios que mejoran su rendimiento de acuerdo a las necesidades y condiciones de los pacientes.	210	¿Qué tipo de Accesorios y que tipo de conexión?	¿%? ... Cuanto de 100%	Existen diferentes accesorios y diferentes tecnologías para conectarse con ellos.	<b>Accesorios inalámbricos que permitan mejorar situación de escucha específicas como estar en clase, ver TV, hablar por teléfono etc.</b>
*Adaptables para pérdidas auditivas desde leves a severas profundas.	210	No se especifica nivel de potencia: ¿POTENCIA REGULAR O SUPER POTENTE?	¿%? ... Cuanto de 100%	Valorando lo estético y la capacidad que requiere cada pérdida; No especifica si requieren una cantidad de auxiliares auditivos de POTENCIA REGULAR para las pérdidas leves y/o una cantidad de auxiliares auditivos SUPER POTENTES para las pérdidas severas y profundas o el total de una de ellas.	<b>Deben de ser adaptables para pérdidas desde leves a severas y profundas.</b>
*Permite adaptación abierta.	210	Si. Pero utilizando un accesorio no requerido en Pliego de Condiciones.	¿%? ... Cuanto de 100%	Para poder adaptar un audífono sin molde (Adaptación abierta), se requiere un <u>tubo fino</u> *(Slim Tube) y un <u>Domo</u> *(Hearing Aid Dome)	<b>Debe ser posible la dualidad debido a la estética y los rangos de edades.</b>
*Compatibilidad con sistema cros inalámbrico.	210	Si. Pero utilizando un transmisor no requerido en Pliego de Condiciones.	¿%? ... Cuanto de 100%	Para poder conformar un sistema <b>cros inalámbrico</b> , se necesita un <u>auxiliar auditivo transmisor</u> y un <u>auxiliar auditivo receptor</u> . (Todos los Auxiliares Auditivos	<b>Para usuarios con hipoacusia unilateral.</b>

				Inalámbricos, compactibles con Sistemas Cros son receptores).	
*Entrada de sonido desde 17 hasta 113dB.	210	No son específicos a que pertenecen estos rangos.	¿%? ... Cuanto de 100%	Hicimos consulta a varios especialistas audiólogos y tampoco entienden este punto. Se refieren a: ¿Matrix, Overall, Soft Input, Loud Input o Max Output?	<b>Maximun input</b>
*Rango de entrada lineal de 96dB.	210		¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Canales de procesado 10.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Tiempos de compresión variable para el manejo de sonidos transitorios.	210	¿Si tiene compresión o a cuáles tiempos de compresión se refieren?	¿%? ... Cuanto de 100%	Todos los audífonos modernos, manejan tiempos de compresión variable.	<b>Debe contar con precisión de ajuste fino.</b>
*Micrófono direccional adaptativo multifrecuencia.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Sistema de compresión EDRC.	210	Tomando en cuenta que la descripción EDRC es un término utilizado por marcas registradas de auxiliares auditivos. Es necesario hacer una pregunta	¿%? ... Cuanto de 100%	¿Valorando el hecho de que este Sistema de Compresión ya no se usa o más bien es antiguo, existiría algún inconveniente en que el sistema de compresión que tenga el audífono a presentar por un oferente sea más avanzado?	<b>EDRC: Enhanced range compression, dentro de los requerimientos es un elemento útil para nuestro trabajo.</b>
*Sistema de reducción de ruido	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Control automático de salida.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A



*Cancelación activa de feedback, interconectado/inter aural.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Simulación del pabellón auricular para el manejo de la direccionalidad.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Transposición frecuencial.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Enmascarado de tinitus.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Escucha binaural para recepción de llamadas provenientes del celular.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Selección manual del micrófono para dar énfasis hacia atrás.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Avisos de voz y/o tonos para batería agotada, cambio de programa, encendido y uso de accesorios.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Bobina inductiva.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
* Conexión directa del celular, TV, tablet, diferentes dispositivos electrónicos.	210	No especifica mediante que tecnologías.	¿%? ... Cuanto de 100%	La conexión de los Auxiliares auditivos a estos diferentes dispositivos varía según la tecnología del dispositivo electrónico.	<b>Tecnología inalámbrica.</b>
*Garantía de 6 años, mantenimiento. Piezas y servicios.	210	No especifica o por mala redacción, no es	¿%? ... Cuanto de 100%	<b>Preg: ** Favor describir el tipo de cobertura de la garantía de 6 años?</b>	<b>Mantenimiento, piezas y servicios.</b>




		explicita sobre que incluye la cobertura.			
*Servicios de confección de moldes para la adaptación.	210	El requerimiento no está claro...	¿%? ... Cuanto de 100%	¿No especifica si debemos tener la capacidad de dar el servicio o si debe de estar incluido?	<b>Confección de molde duro o blando según requiera cada caso.</b>
*Moldes tipo CET-Molde Duro Fotoplash S-Hart y tipo CET-Blando Biopor.	210	El requerimiento no está claro...	¿%? ... Cuanto de 100%	No especifica si es que debemos tener la capacidad de hacer estos moldes o si lo debemos tener en existencia.	<b>Debe tener la capacidad de hacer estos moldes que sería requerido por caso y según medida.</b>
*Las cantidades de los moldes por tipo serán establecidas de acuerdo a la demanda.	210	Aquí no están pidiendo nada, no es cuantitativo ni cualitativo.	¿%? ... Cuanto de 100%	Como podemos medir este requisito. <b>Preg: **</b> Favor especificar cantidad de moldes:  A) si serán entregados junto a los audífonos con medidas específicas solicitadas.  B) si se confeccionaran posteriormente a solicitud del INABIE a la hora de sus adaptaciones  C) si el servicio de confección se refiere solo a la cantidad de moldes correspondientes a los 210 audífonos o a futuros requerimientos y a que cantidades adicionales estarían refiriéndose.	<b>Deben ser confeccionados según solicitud a requerimiento del caso, al momento de la adaptación.</b>



Original 1 – Expediente de Compras

*Reposición de moldes por 2 años según sea requerido.	210	No son específicos en cuanto a cantidad de reposiciones.	¿%? ... Cuanto de 100%	¿Existe algún límite de reposiciones de moldes por paciente?  <b>Preg:</b> **Cuál es el límite de reposición de moldes por beneficiario? Y Cual será el protocolo para llevar a cabo esta reposición.	La cantidad solo la establece la demanda, los casos que se requiera remplazo, el oferente debe tener en la capacidad de reponer los moldes que sean requeridos confeccionar durante el periodo establecido en el pliego.
*Certificación de Biocompatibilidad ISO 10993-1.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
* Estetoclip.	210	La cantidad solicitada no es lógica.	¿%? ... Cuanto de 100%	El Estetoclip es un instrumento que utiliza el audiólogo para revisar los audífonos.  <b>Preg:</b> **Cuantos Estetoclip requieren para probar los audífonos?	Una unidad por cada par de audífono.
*Probador de baterías.	210	La cantidad solicitada no es lógica.	¿%? ... Cuanto de 100%	El probador de baterías es un instrumento que utiliza el audiólogo para probar las baterías (Pilas).  <b>Preg:</b> **Cuantos probadores de baterías requieren?	Una unidad por cada par de audífono.
*Clip de aguante.	210	No son específicos... Para aguantar que?	¿%? ... Cuanto de 100%	¿Que es un Clip de aguante o decir cuál es su uso? ..  <b>Preg:</b> **Podrían proveernos un ejemplo o indicar tipo a cual se refiere?	Accesorio útil para sostener el equipo en posición, detrás de la oreja, y evitar





					su desplazamiento en niños pequeños.
*Estuche para pares de audífonos con espacio para baterías y Kit de Limpieza.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
*Bombita extractora.	210	La cantidad solicitada no es lógica.	¿%? ... Cuanto de 100%	La bombita extractora es un instrumento que utiliza el audiólogo para extraer la humedad del tubo. Cuantas bombitas extractoras necesitan?  <u>Preg:</u> **Podrían proveernos un ejemplo o indicar tipo a cuál se refiere?	Una unidad por cada par de audífono.
*Baterías por un año.	210	La cantidad solicitada no es lógica.	¿%? ... Cuanto de 100%	¿Qué significa Baterías por un año? ¿Cuántas baterías quieren que licitemos?	El oferente debe asegurar proveer de baterías a cada equipo, durante 1 año.
*Compatible con accesorios inalámbricos Bluetooth y Sistemas FM.	210	NA	¿%? ... Cuanto de 100%	No comentario	N/A
<p><b>Comentarios:</b> El Lote I SALUD AUDITIVA, con su SubLote I de Equipo Médico y de Laboratorio, es el único que se muestra diferente en su conformación a los demás Lotes y Sub-lotes. No muestra:</p> <p>a) <b>Numero Ascendente o posición del Ítem en la lista:</b> Referente a los demás Lotes y Sub-lotes, en el Lote III: Equipo Médico y de Laboratorio, Sub-lote I: División Auditiva no enumera componentes y accesorios, más bien se presentan partes y accesorios del auxiliar auditivo como un solo ITEM, en vez de ser presentadas como en los demás Lotes y Sub-lotes de <u>manera enumerada</u> y no con un <b>(*) Asterisco</b>.</p>					<p>Sugerimos revisar apropiadamente el archivo de Excel publicado anexo a los pliegos con el título: "DO1_CDOC_915073_Requisicion licitación Gestión de Salud 2019 Anexo Descripción de los Bienes" pues el mismo al igual que el publicado actualmente en la Enmienda I que modifica aspectos</p>

- b) **Cantidad:** No especifican las cantidades realmente solicitadas por componentes del ITEM. O sea, al no colocar una cantidad siembra la duda sobre ciertos accesorios y componentes que no suelen consumirse en tales proporciones.
- c) **Especificaciones:** Bajo este encabezado, se encuentran juntos en una misma columna, tanto Especificaciones técnicas del auxiliar como Nombres de componentes y accesorios. Dejando sin las debidas aclaraciones y especificaciones técnicas a **componentes y accesorios**, indispensable información para que un oferente pueda entregar exactamente o con el porcentaje de elegibilidad marcado lo requerido.
- d) **Porcentaje de Elegibilidad:** Al tener Especificaciones técnicas del auxiliar + Nombres de componentes y accesorios, se marcó un mismo porcentaje de elegibilidad, no permitiendo conocer por separado el correspondiente por posibles especificaciones técnicas no entregadas.

de este bajo el título “ENM I Especificaciones Técnicas Salud 2019” especifica con claridad los aspectos indicados en su consulta:

- a) La primera columna indica los números de ítemes en orden ascendente tanto en el archivo original como en el en el nuevo archivo Excel titulado “ENM I Especificaciones Técnicas Salud 2019”
- b) La segunda columna indica las cantidades tanto en el archivo original como en el en el nuevo archivo Excel titulado “
- c) Las indicaciones establecidas en las especificaciones técnicas son suficientemente claras para que los oferentes puedan presentar sus propuestas.



7) Como la fecha prevista para adjudicación estaba pautada para el 30-06-19, deseamos saber si ya este proceso se concluyó o, si aún hay tiempo para participar.



**Respuesta: Aún hay tiempo de participar, la recepción y apertura de este proceso está pautada para el martes 30 de julio y la adjudicación para el 06 de septiembre de 2019, tal como establece el Pliego de Condiciones en el numeral 2.5 “Cronograma de la Licitación”.**

- 8) Con relación a las preguntas a realizar correspondientes al Lote I DIVISION AUDITIVA, en este caso Sub Lote I / ITEM I - (1) AUDIOMETRO PORTATIL: Debo comentarla que logramos identificar el mismo, en nuestras manos reposa el brochour que lo represente, donde pudimos observar la realización de un Copy Paste de las especificaciones técnicas.

**Respuesta: La ficha técnica fue elaborada por los técnicos de la División Auditiva, son ajustadas a las necesidades del programa y varias marcas distintas de las disponibles en el mercado pueden cubrir las mismas.**

- 9) Con relacion a las preguntas a realizar correspondientes al Lote I DIVISION AUDITIVA, en este caso Sub Lote I / ITEM II - (210) AUXILIARES AUDITIVOS: Reciba adjunta las preguntas a realizar... Solo quisiéramos comentarle que este Item es el mismo que se encuentra en impugnacion de una licitacion anterior.

**Respuesta: Los LOTES, Sublotes e ITEMES descritos son los correspondientes a las necesidades del programa de salud para el año 2019 y no guardan relación con procesos anteriores.**

- 10) Con relacion a las preguntas a realizar correspondientes al Lote I DIVISION AUDITIVA, en este caso Sub Lote I / ITEM III - (10) AUXILIARES AUDITIVOS: No gustaria realice la siguiente pregunta: Especificacion: Equipo retroauricular para hipoacusias unilaterales profundas, se envía de modo inalámbrico la señal auditiva del oído con pérdida completa de audición desde el transmisor hasta el audifono receptor colocado en el oído. **Favor necesitamos que sea más explícito en esta especificación.**

**Respuesta: Estas especificaciones están descritas en el archivo de Excel Anexo titulado “DO1\_CDOC\_915073\_Requisicion licitación Gestión de Salud 2019 Anexo Descripción de los Bienes” y en el**



nuevo archivo Excel titulado “ENM I Especificaciones Técnicas Salud 2019” que modifica algunos aspectos del anterior.

- 11) Con relacion a las preguntas a realizar correspondientes al Lote I DIVISION AUDITIVA, en este caso Sub Lote I / ITEM IV- (1) EM audiómetro in situ: No tenemos preguntas seleccionadas. Lo que si hacemos de su conocimiento que también pudimos identificar por que realizaron un Copy And Paste de las especificaciones.

**Respuesta:** La ficha técnica fue elaborada por los técnicos de la División Auditiva, son ajustadas a las necesidades del programa y varias marcas distintas de las disponibles en el mercado pueden cubrir las mismas.

- 12) Con relacion a las preguntas a realizar correspondientes al Lote I DIVISION AUDITIVA, en este caso Sub Lote II AUTOMOVILES Y CAMIONES / ITEM I- (1) Unidad Audiologica Movil : No tenemos preguntas seleccionadas.. Lo que si hacemos de su conocimiento que el analisis realizado da como resultado que ese vehiculo ya existe, pues las especificaciones tecnicas lo delantan.

**Respuesta:** La ficha técnica fue elaborada por los técnicos de la División Auditiva, son ajustadas a las necesidades del programa y de hecho si existen como indica, pues varias marcas distintas de las disponibles en el mercado pueden cubrir las mismas. Actualmente este ítem fue modificado en el nuevo archivo Excel titulado “ENM I Especificaciones Técnicas Salud 2019” que modifica algunos aspectos del anterior.

**Comité de Compras y Contrataciones**

*No hay nada escrito después de esta línea*

